



INSPEKCJA WETERYNARYJNA
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
Paweł Jakubczak

WYKONAWCY

wszyscy

Nasz znak: WIW-AD-I.272.35.2014.BK
Dot. sprawy nr: pismo z dnia:

**Zawiadomienie o zmianie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach zawiadamia, iż dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW.AD.I.272.35.2014.BK na dostawę krążków antybiotykowych do oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Zmiana polega na:

- 1) Zmianie opisu przedmiotu zamówienia dla pozycji 4 i pozycji 28 Rozdział XVII SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego zawiadomienia.
- 2) Zmianie załącznika nr 6 do SIWZ „Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia” polegającej na zmianie opisu przedmiotu zamówienia dla pozycji 4 i pozycji 28, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszego zawiadomienia.



Załącznik nr 1 do zawiadomienia o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

ROZDZIAŁ XVII SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa krążków antybiotykowych do oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie** w niżej podanych ilościach i parametrach technicznych.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis - parametry techniczne	Ilość zamawiana	Wielkość op.	Jed. miary	Wymagany termin gwarancji
4.	AZITROMYCIN 15	Krażki o zawartości 15 µg antybiotyku. Pasujące do dyspenserów firmy Oxoid nr kat. ST 8090. Każda fiolka krążków antybiotykowych musi być opakowana szczelnie, posiadać pochłaniacz wilgotności, oraz musi być pakowana pojedynczo w folię aluminiową typu blister. Każdy krążek antybiotykowy musi być oznakowany międzynarodowym skrótem nie zmieniającym się w trakcie obowiązywania umowy, stężeniem antybiotyku zgodnym z zaleceniami CLS, fiolka z nazwą producenta, numerem serii, datą ważności, temperaturą przechowywania.	3 op.	5 fiolek w blisterach - fiolka 50 szt. krążków.	op.	Minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
28.	PENICILLIN G 10 UNITS	Krażki o zawartości 10 j.m. antybiotyku. Pasujące do dyspenserów firmy Oxoid nr kat. ST 8090. Każda fiolka krążków antybiotykowych musi	3 op.	5 fiolek w blisterach - fiolka 50 szt.	op.	Minimum 12 miesięcy od daty dostawy.



		być opakowana szczelnie, posiadać pochłaniacz wilgotności, oraz musi być pakowana pojedynczo w folię aluminiową typu blister. Każdy krążek antybiotykowy musi być oznakowany międzynarodowym skrótem nie zmieniającym się w trakcie obowiązywania umowy, stężeniem antybiotyku zgodnym z zaleceniami CLS, fiolka z nazwą producenta, numerem serii, datą ważności, temperaturą przechowywania.		krążków.		
--	--	--	--	----------	--	--

Załącznik nr 6 do SIWZ

Nr sprawy: WIW-AD-I.272.35.2014.BK

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę krążków antybiotykowych do oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie** oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia charakteryzuje się poniższymi parametrami:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis – Parametry techniczne	Oferowane przez Wykonawcę parametry techniczne *	Producent, nr katalogowy, termin gwarancji
4.	AZITROMYCIN 15	Krażki o zawartości 15 µg antybiotyku. Pasujące do dyspenserów firmy Oxoid nr kat. ST 8090. Każda fiolka krążków antybiotykowych musi być opakowana szczelnie, posiadać pochłaniacz wilgotności, oraz musi być		



		<p>pakowana pojedynczo w folię aluminiową typu blister.</p> <p>Każdy krążek antybiotykowy musi być oznakowany międzynarodowym skrótem nie zmieniającym się w trakcie obowiązywania umowy, stężeniem antybiotyku zgodnym z zaleceniami CLS, fiolka z nazwą producenta, numerem serii, datą ważności, temperaturą przechowywania.</p>		
28.	PENICILLIN G 10 UNITS	<p>Krażki o zawartości 10 j.m. antybiotyku. Pasujące do dyspenserów firmy Oxoid nr kat. ST 8090.</p> <p>Każda fiolka krążków antybiotykowych musi być opakowana szczelnie, posiadać pochłaniacz wilgotności, oraz musi być pakowana pojedynczo w folię aluminiową typu blister.</p> <p>Każdy krążek antybiotykowy musi być oznakowany międzynarodowym skrótem nie zmieniającym się w trakcie obowiązywania umowy, stężeniem antybiotyku zgodnym z zaleceniami CLS, fiolka z nazwą producenta, numerem serii, datą ważności, temperaturą przechowywania.</p>		

*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok” nie będą akceptowane, należy podać rzeczywisty oferowany parametr.

