



INSPEKCJA WETERYNARYJNA
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
Paweł Jakubczak

Wykonawcy
wszyscy

Nasz znak: WIW-AD-I.272.50.2014

**Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD-I.272.50.2014 na dostawę pożywek gotowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Pytanie 1: Czy w pozycji 1-szej dopuścicie Państwo złożenie oferty na podłoże chromogenne w kierunku Salmonella spp. oferowane w opakowaniach po 20 szt. płytek z datą ważności 60 dni od daty dostawy o parametrach tj w załączonym dokumencie?

Odpowiedź 1: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu gwarancji podłoża na 2 miesiące od dnia dostawy. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowania na 10 lub 20 płytek. Stosowna zmiana zostanie naniesiona do treści SIWZ.

Pytanie 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 podłoża chromogennego z terminem ważności 6-8 tygodni?

Odpowiedź 2: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu gwarancji podłoża na 2 miesiące od dnia dostawy. Stosowna zmiana zostanie naniesiona do treści SIWZ.



Pytanie 3: Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści podłoże pól Frazera w butelkach o pojemności 500 ml?

Odpowiedź 3: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 6 agar z krwią baranią podłoża o pH 7,4 +/- 0,2? Reszta zgodnie z normą.

Odpowiedź 4: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 6 agar z krwią baranią podłoża z terminem ważności 4-6 tygodni?

Odpowiedź 5: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6: Czy Zamawiający w Specyfikacji Oferowanego Przedmiotu Zamówienia dla gotowej pożywki chromogennej do identyfikacji Salmonella spp. w Parametrach Zamawiającego prawidłowo określił termin gwarancji na 6 miesięcy od dnia dostawy ?

Odpowiedź 6: Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SIWZ.

