



**INSPEKCJA WETERYNARYJNA**  
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI  
LEKARZ WETERYNARII

**WYKONAWCY**  
**wszyscy**

Nasz znak: WIW-AD-I.272.106.2014.BK

Dot. sprawy nr: pismo z dnia:

**Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych**  
**warunków zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedź na zadane pytanie Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD-I.272.106.2014 na dostawę zamrażarki dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

**Pytanie nr 1:**

Przygotowuję ofertę odnośnie dostawy zamrażarki i specyfikacji zamieszczonej w tabeli zauważyłem takie informacje jak:

Gastronom – 530 x 325 mm ± 5%, Euronorm – 600 x 400 mm ± 5%

Nadmienię, że proponuję w ofercie ten sam produkt, który Państwo zasugerowaliście, a jest to Zamrażarka Liebherr GGv5810. Po przeanalizowaniu karty katalogowej nie zauważyłem takiego zapisu. Jedyne takie informacje zauważyłem na stronie:

<http://www.unigastro.pl/szafa-mroznicza-liebherr-ggv-5810-5860,2,2778>.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na pominięcie w wymogach specyfikacji tego zapisu jeśli pozostałe parametry w 100 % spełnia?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

