



INSPEKCJA WETERYNARYJNA
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII

WYKONAWCY

- wszyscy -

Nasz znak: WIW-AD-I.272.79.2015

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

**Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedź na zadane pytania Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **nr sprawy WIW-AD-I.272.79.2015** na dostawę automatycznego, wieloparametrowego analizatora immunoserologicznego przeznaczonego do badań immunodiagnostycznych metodą ELFA dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na reakcję autoryzowanego serwisu na terenie Polski w ciągu 48 godzin w dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza reakcję autoryzowanego serwisu na terenie Polski w ciągu 48 godzin w dni robocze.

Pytanie nr 2: Załącznik nr 5 do SIWZ „Wzór umowy” §4 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 3: Załącznik nr 5 do SIWZ „ Wzór umowy” §6 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie nr 4: Załącznik nr 5 do SIWZ „ Wzór umowy” §9 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Faktura uregulowana zostanie w terminie 30 dni od dnia jej prawidłowego wystawienia.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .

