

Siedlce: Dostawa zestawu walidacyjnego do sprawdzania poprawności aparatu ETI MAX 3000 dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie

Numer ogłoszenia: 163251 - 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 025 6326459, faks 025 6325584 , strona internetowa

www.wiw.mazowsze.pl

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Dostawa zestawu walidacyjnego do sprawdzania poprawności aparatu ETI MAX 3000 dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

II.2) **Rodzaj zamówienia:** Dostawy.

II.3) **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Dostawa zestawu walidacyjnego do sprawdzania poprawności aparatu ETI MAX 3000 dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - zestaw musi zawierać: 1. Surowice walidacyjne oraz zestaw odczynników do wykonania metody ELISA umożliwiające sprawdzenie poprawności działania systemu automatycznego ETI MAX 3000; 2. Komplet kontrolny do sprawdzenia poprawności działania pipetora systemu ETI MAX 3000 - 2 zestawy; wymagany termin gwarancji: minimum 6 miesięcy od dnia dostawy.

II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.69.65.00-0.

II.5) **Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

W trzech kolejno przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone oferty. Wybrana firma jest dostawcą i autoryzowanym serwisem aparatu ETI MAX 3000 jako dystrybutorem zamawianych zestawów do w/w aparatu.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1 Nazwa: Dostawa zestawu walidacyjnego do sprawdzania poprawności aparatu ETI MAX 3000 dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

BIOMEDICA Poland Sp. z o. o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie.