



INSPEKCJA WETERYNARYJNA
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII

Wykonawcy
- wszyscy -

Nasz znak: WIW-AD.272.30.2016.AB

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Wyjaśnienie treści oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedź na zadane pytanie Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD.272.30.2016 na dostawę testów ELISA do diagnostyki EBB dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Pytanie 1:

Zamawiający sformułował parametr techniczny jako: „Test musi umożliwiać inkubację w czasie max 40 min. od czasu nałożenia surowicy do czasu dodania koniugatu.”

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu, w którym wyżej określona inkubacja zgodnie z zapisem instrukcji wykonania wynosi 45min +/- 4 min czyli trwa min. 41 min. zaś max. 49 min.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu, w którym wyżej określona inkubacja zgodnie z zapisem instrukcji wykonania wynosi 45min +/- 4 min czyli trwa min. 41 min. zaś max. 49 min.

Stosowna zmiana zostanie naniesiona w treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach zawiadamia, iż dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zmianie ulega:

- 1) Rozdział XVII SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do niniejszego wyjaśnienia treści oraz zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- 2) Załącznik nr 6 do SIWZ Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszego wyjaśnienia treści oraz zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wobec powyższego zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 23 maja 2016 roku do godziny 10:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 maja 2016 roku o godzinie 11:00.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
z up.
Garczyński
lek. wet. Krzysztof Garczyński
ZASTĘPCA MAZOWIECKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Batazy



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce
tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, wiw.mazowsze.pl

Załącznik nr 1

do wyjaśnienia treści oraz zmiany treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia

ROZDZIAŁ XVII SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa immunoenzymatycznego testu (ELISA) opartego o metodę blokowania do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi enzootycznej białaczki bydła w surowicy krwi dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.**
- II. Ilość zamawiana:** 20 zestawów
- III. Wielkość zestawu:** 10 płytek 96 dołkowych
- IV. Opis – parametry techniczne:**
- a) Test musi umożliwiać inkubację w czasie max 49 min. od czasu nałożenia surowicy do czasu dodania koniugatu.
 - b) Procedura wykonania testu nie może być dłuższa niż 120 min.
 - c) Test musi charakteryzować się wysoką czułością i specyficznością.
 - d) Każde opakowanie oferowanego testu musi być oznaczone numerem serii oraz okresem przydatności do użytku.
 - e) Zamawiający wymaga, aby: min. 30% płytek opłaszczonych było dostarczone z pokrywką lub folią umożliwiającą przykrycie płytki podczas inkubacji oraz miało możliwość dzielenia, tj. wyjęcia określonej liczby baretek.
 - f) Zamawiający wymaga, aby test zawierał wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania badania.
 - g) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca łącznie z testami dostarczył certyfikowany materiał odniesienia (surowice referencyjne) dodatnią i ujemną w ilości umożliwiającej nałożenie na każdej mikropłytkce badawczej po jednym oznaczenia surowicy kontrolnej dodatniej i ujemnej. Materiały odniesienia muszą być dostarczone z certyfikatem wydanym przez uznane organizacje międzynarodowe.
 - h) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach ceny umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania dostarczył oprogramowanie umożliwiające odczyt wyników badań w przełożeniu na kategorie wyników z możliwością przenoszenia danych do programu Excel i Word. Oprogramowanie musi współpracować z czytnikiem TECAN SUNRISE
 - i) W ramach ceny umowy Wykonawca w terminie 14 dni zainstaluje lub/i zmodyfikuje oprogramowanie oraz przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie wykonywania testów i obsługi oprogramowania. Szkolenie musi składać się zarówno z części teoretycznej jak i ćwiczeń praktycznych. Na koniec szkolenia wykonawca wyda personelowi Zamawiającego certyfikat potwierdzający umiejętności nabyte podczas szkolenia.
 - j) Test musi być umieszczony w aktualnym „Wykazie testów do diagnostyki In vitro” prowadzonym przez Głównego Lekarza Weterynarii.
- V. Wymagany minimalny termin gwarancji:** Okres przydatności do użycia nieotwartych testów nie może być krótszy niż 8 miesięcy od daty dostawy.



VI. Inne wymagania:

Dokumenty wymagane przy dostawie towaru:

- a) Certyfikat jakości zawierający m.in. nr serii, data ważności, wyniki badania surowic kontrolnych dołączonych do zestawu.
- b) Instrukcję wykonania w języku polskim.
- c) Wyniki walidacji pierwotnej przeprowadzone przez producenta.
- d) Karta charakterystyki dla każdej serii testu w jęz. polskim.

Załącznik nr 2

do wyjaśnienia treści oraz zmiany treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 6 do SIWZ

Nr sprawy: WIW-AD.272.30.2016

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę testów ELISA do diagnostyki EBB dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie**, oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia charakteryzuje się poniższymi parametrami:

Immunoenzymatyczny test (ELISA) oparty o metodę blokowania do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi enzoptycznej białaczki bydła w surowicy krwi.

Producent:, nr katalogowy

Nazwa handlowa testu:

Lp.	Wymagane parametry Zamawiającego	Oferowane parametry przez Wykonawcę *
a)	Wielkość zestawu: 10 płytek 96 dołkowych	
b)	Okres przydatności do użycia nieotwartych testów nie może być krótszy niż 8 miesięcy od daty dostawy.	
c)	Test musi umożliwiać inkubację w czasie max. 49 min. od czasu nałożenia surowicy do czasu dodania koniugatu.	
d)	Procedura wykonania testu nie może być dłuższa niż 120 min.	
e)	Test musi charakteryzować się wysoką czułością i specyficznnością.	



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, wiw.mazowsze.pl

f)	Każde opakowanie oferowanego testu musi być oznaczone numerem serii oraz okresem przydatności do użytku.
g)	Zamawiający wymaga, aby: min. 30% płytek optaszczonych było dostarczone z pokrywką lub folią umożliwiająca przykrycie płytki podczas inkubacji oraz miało możliwość dzielenia, tj. wyjęcia określonej liczby baretek.
h)	Zamawiający wymaga, aby test zawierał wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania badania.
i)	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca łącznie z testami dostarczył certyfikowany materiał odniesienia (surowice referencyjne) dodatnią i ujemną w ilości umożliwiającej nałożenie na każdej mikropłytkę badawczej po jednym oznaczenia surowicy kontrolnej dodatniej i ujemnej. Materiały odniesienia muszą być dostarczone z certyfikatem wydanym przez uznane organizacje międzynarodowe.
j)	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach ceny umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania dostarczył oprogramowanie umożliwiające odczyt wyników badań w przełożeniu na kategorie wyników z możliwością przenoszenia danych do programu Excel i Word. Oprogramowanie musi współpracować z czytnikiem TECAN SUNRISE
k)	W ramach ceny umowy Wykonawca w terminie 14 dni zainstaluje lub/i zmodyfikuje oprogramowanie oraz przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie wykonywania testów i obsługi oprogramowania. Szkolenie musi składać się zarówno z części teoretycznej jak i ćwiczeń praktycznych. Na koniec szkolenia wykonawca wyda personelowi Zamawiającego certyfikat potwierdzający umiejętności nabyte podczas szkolenia.
l)	Test musi być umieszczony w wykazie wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii.



m)	<p>Dokumenty wymagane przy dostawie towaru: Certyfikat jakości zawierający m.in. nr serii, data ważności, wyniki badania surowic kontrolnych dołączonych do zestawu. Instrukcja wykonania w języku polskim. Wyniki walidacji pierwotnej przeprowadzonej przez producenta. Karta charakterystyki dla każdej serii testu w języku polskim.</p>
----	--

*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok” nie będą akceptowane, należy podać rzeczywisty oferowany parametr.

_____ dnia __ __ 2016 rok

(pieczęć i podpis Wykonawcy)



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce
tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiv.mazowsze.pl, wiv.mazowsze.pl