

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 52507-2016 z dnia 2016-05-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Siedlce

Przedmiotem zamówienia jest dostawa immunoenzymatycznego testu (ELISA) opartego o metodę blokowania do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi enzootycznej białaczki bydła w surowicy krwi dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie....

Termin składania ofert: 2016-05-20

Numer ogłoszenia: 54393 - 2016; data zamieszczenia: 16.05.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 52507 - 2016 data 12.05.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 025 6326459, fax. 025 6325584.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4..

W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa immunoenzymatycznego testu (ELISA) opartego o metodę blokowania do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi enzootycznej białaczki bydła w surowicy krwi dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Opis - parametry techniczne: a) Test musi umożliwiać inkubację w czasie max 40 min. od czasu nałożenia surowicy do czasu dodania koniugatu. b) Procedura wykonania testu nie może być dłuższa niż 120 min. c) Test musi charakteryzować się wysoką czułością i specyficznością. d) Każde opakowanie oferowanego testu musi być oznaczone numerem serii oraz okresem przydatności do użytku. e) Zamawiający wymaga, aby: min. 30% płytek opłaszczonych było dostarczone z pokrywką lub folią umożliwiającą przykrycie płytki podczas inkubacji oraz miało możliwość dzielenia, tj. wyjęcia określonej liczby baretek. f) Zamawiający wymaga, aby test zawierał wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania badania; g) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca łącznie z testami dostarczył certyfikowany materiał odniesienia (surowice referencyjne) dodatnią i ujemną w ilości umożliwiającej nałożenie na każdej mikropłytkę badawczej po jednym oznaczenia surowicy kontrolnej dodatniej i ujemnej. Materiały odniesienia muszą być dostarczone z certyfikatem wydanym przez uznane organizacje międzynarodowe. h) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach ceny umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania dostarczył oprogramowanie umożliwiające odczyt wyników badań w przełożeniu na kategorie wyników z możliwością przenoszenia danych do programu Excel i Word. Oprogramowanie musi współpracować

z czytnikiem TECAN SUNRISE. i) W ramach ceny umowy Wykonawca w terminie 14 dni zainstaluje lub zmodyfikuje oprogramowanie oraz przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie wykonywania testów i obsługi oprogramowania. Szkolenie musi składać się zarówno z części teoretycznej jak i ćwiczeń praktycznych. Na koniec szkolenia wykonawca wyda personelowi Zamawiającego certyfikat potwierdzający umiejętności nabyte podczas szkolenia. j) Test musi być umieszczony w aktualnym Wykazie testów do diagnostyki In vitro prowadzonym przez Głównego Lekarza Weterynarii..

W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa immunoenzymatycznego testu (ELISA) opartego o metodę blokowania do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi enzoptycznej białaczki bydła w surowicy krwi dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Opis - parametry techniczne: a) Test musi umożliwiać inkubację w czasie max 49 min. od czasu nałożenia surowicy do czasu dodania koniugatu. b) Procedura wykonania testu nie może być dłuższa niż 120 min. c) Test musi charakteryzować się wysoką czułością i specyficznością. d) Każde opakowanie oferowanego testu musi być oznaczone numerem serii oraz okresem przydatności do użytku. e) Zamawiający wymaga, aby: min. 30% płytek opłaszczonych było dostarczone z pokrywką lub folią umożliwiającą przykrycie płytki podczas inkubacji oraz miało możliwość dzielenia, tj. wyjęcia określonej liczby baretek. f) Zamawiający wymaga, aby test zawierał wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania badania; g) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca łącznie z testami dostarczył certyfikowany materiał odniesienia (surowice referencyjne) dodatnią i ujemną w ilości umożliwiającej nałożenie na każdej mikropłytkę badawczej po jednym oznaczenia surowicy kontrolnej dodatniej i ujemnej. Materiały odniesienia muszą być dostarczone z certyfikatem wydanym przez uznane organizacje międzynarodowe. h) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach ceny umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania dostarczył oprogramowanie umożliwiające odczyt wyników badań w przełożeniu na kategorie wyników z możliwością przenoszenia danych do programu Excel i Word. Oprogramowanie musi współpracować z czytnikiem TECAN SUNRISE. i) W ramach ceny umowy Wykonawca w terminie 14 dni zainstaluje lub zmodyfikuje oprogramowanie oraz przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie wykonywania testów i obsługi oprogramowania. Szkolenie musi składać się zarówno z części teoretycznej jak i ćwiczeń praktycznych. Na koniec szkolenia wykonawca wyda personelowi Zamawiającego certyfikat potwierdzający umiejętności nabyte podczas szkolenia. j) Test musi być umieszczony w aktualnym Wykazie testów do diagnostyki In vitro prowadzonym przez Głównego Lekarza Weterynarii..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2016 godzina 10:30, miejsce: Kancelaria Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2016 godzina 10:30, miejsce: Kancelaria Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce..