



INSPEKCJA WETERYNARYJNA
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII

Wykonawcy
- wszyscy -

Nasz znak: WIW-AD.272.33.2016.AB

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Wyjaśnienie treści oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedź na zadane pytania Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD.272.33.2016 na dostawę testów ELISA do diagnostyki choroby niebieskiego języka dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Pytanie 1:

Przygotowując się do przedstawienia oferty w w/w postępowaniu dokonaliśmy dokładnego rozpoznania dostępności certyfikowanych materiałów odniesienia według wymagań Zamawiającego określonych w Rozdziale XVII SIWZ pkt.III.f.g. Stwierdzamy brak dostępności takich surowic (negatywnej) w laboratoriach uznanych przez organizacje międzynarodowe.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymagań dostarczenia wraz z testami certyfikowanego materiału odniesienia (surowice referencyjne) dla BTV ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od dostarczenia wraz z testami certyfikowanego materiału odniesienia. Materiały odniesienia muszą




być dostarczone z dokumentami potwierdzającymi właściwości danych surowic.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach zawiadamia, iż dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zmianie ulega:

- 1) Rozdział XVII SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do niniejszego wyjaśnienia treści oraz zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- 2) Załącznik nr 6 do SIWZ Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszego wyjaśnienia treści oraz zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Wobec powyższego zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 25 maja 2016 roku do godziny 08:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 maja 2016 roku o godzinie 09:00.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII

lek. wet. Beata Anna Tomanek





Załącznik nr 1
do wyjaśnienia treści oraz zmiany treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia

ROZDZIAŁ XVII SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa immunoenzymatycznego testu (ELISA) do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi choroby niebieskiego języka (BTV) w surowicy krwi, bydła, owiec i kóz dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.**
- II. Ilość zamawiana:** 12 zestawów o wielkości 5 płytek 96 dołkowych lub 15 zestawów o wielkości 4 płytek 96 dołkowych.
- III. Opis – parametry techniczne:**
- a) Test musi wykrywać niskie poziomy przeciwciał.
 - b) Pierwsza i druga inkubacja powinna odbywać się w temp. 36-38°C lub w temp. 21°C +/- 5°C
 - c) Test musi charakteryzować się wysoką czułością i specyficznością nie mniejszą niż 99,5%
 - d) Każde opakowanie oferowanego testu musi być oznaczone numerem serii oraz okresem przydatności do użytku.
 - e) Zamawiający wymaga, aby test zawierał wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania badania.
 - f) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca łącznie z testami dostarczył udokumentowany materiał odniesienia (surowice) dodatnią i ujemną w ilości umożliwiającej nałożenie na każdej mikropłytkce badawczej po jednym oznaczeniu surowicy kontrolnej dodatniej i ujemnej.
 - g) Materiały odniesienia muszą być dostarczone z dokumentami potwierdzającymi właściwości danych surowic.
 - h) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca łącznie z testami dostarczył barkody do mikropłytek 96 - dołkowych umożliwiające rozdozowanie surowicy przez EVO 100 firmy Teckan w ilości wystarczającej do wykonania badania.
 - i) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach ceny umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania dostarczył oprogramowanie umożliwiające odczyt wyników badań w przełożeniu na kategorie wyników z możliwością przenoszenia danych do programu Excel i Word. Oprogramowanie musi współpracować z czytnikiem Sunrise firmy Tecan.
 - j) W ramach ceny umowy Wykonawca w terminie 14 dni przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie wykonywania testów i obsługi oprogramowania. Szkolenie musi składać się zarówno z części teoretycznej jak i ćwiczeń praktycznych. Na koniec szkolenia wykonawca wyda personelowi Zamawiającego certyfikat potwierdzający umiejętności nabyte podczas szkolenia.
 - k) Test musi być umieszczony w aktualnym „Wykazie testów do diagnostyki In vitro” prowadzonym przez Głównego Lekarza Weterynarii.



IV. Wymagany minimalny termin gwarancji: Okres przydatności do użycia nieotwartych testów nie może być krótszy niż 8 miesięcy od daty dostawy.

V. Inne wymagania:

Dokumenty wymagane przy dostawie towaru:

- a) Certyfikat jakości zawierający m.in. nr serii, datę ważności, wyniki badania surowic kontrolnych dołączonych do zestawu.
- b) Instrukcję wykonania w języku polskim.
- c) Wyniki walidacji pierwotnej przeprowadzone przez producenta.
- d) Karta charakterystyki dla każdej serii testu w jęz. polskim.



Załącznik nr 2

do wyjaśnienia treści oraz zmiany treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 6 do SIWZ

Nr sprawy: WIW-AD.272.33.2016

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę testów ELISA do diagnostyki choroby niebieskiego języka dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie**, oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia charakteryzuje się poniższymi parametrami:

Immunoenzymatyczny test (ELISA) do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi choroby niebieskiego języka (BTV) w surowicy krwi, bydła, owiec i kóz.

Producent:, nr katalogowy

Nazwa handlowa testu:

Lp.	Wymagane parametry Zamawiającego	Oferowane parametry przez Wykonawcę *
a)	Test musi wykrywać niskie poziomy przeciwciał.	
b)	Pierwsza i druga inkubacja powinna odbywać się w temp. 36-38°C lub 21°C+/-5°C.	
c)	Test musi charakteryzować się wysoką czułością i specyficznnością nie mniejszą niż 99,5%	



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, wiw.mazowsze.pl

d)	Każde opakowanie oferowanego testu musi być oznaczone numerem serii oraz okresem przydatności do użytku.	
e)	Zamawiający wymaga, aby test zawierał wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania badania.	
f)	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca łącznie z testami dostarczył udokumentowany materiał odniesienia (surowice) dodatnią i ujemną w ilości umożliwiającej nałożenie na każdej mikropłytkę badawczej po jednym oznaczeniu surowicy kontrolnej dodatniej i ujemnej.	
g)	Materiały odniesienia muszą być dostarczone z dokumentami potwierdzającymi właściwości danych surowic.	
h)	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca łącznie z testami dostarczył barkody do mikropłytek 96 - dolkowych umożliwiające rozdzobowanie surowicy przez EVO 100 firmy Teckan w ilości wystarczającej do wykonania badania.	
i)	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach ceny umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania dostarczył oprogramowanie umożliwiające odczyt wyników badań w przełożeniu na kategorie wyników z możliwością przenoszenia danych do programu Excel i Word. Oprogramowanie musi współpracować z czytnikiem Sunrise firmy Tecan.	
j)	W ramach ceny umowy Wykonawca w terminie 14 dni przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie wykonywania testów i obsługi oprogramowania. Szkolenie musi składać się zarówno z części teoretycznej	



	<p>jak i ćwiczeń praktycznych. Na koniec szkolenia wykonawca wyda personelowi Zamawiającego certyfikat potwierdzający umiejętności nabyte podczas szkolenia.</p>	
k)	<p>Test musi być umieszczony w aktualnym „Wykazie testów do diagnostyki In vitro” prowadzonym przez Głównego Lekarza Weterynarii.</p>	
l)	<p>Okres przydatności do użycia nieotwartych testów nie może być krótszy niż 8 miesięcy od daty dostawy.</p>	
	<p>Dokumenty wymagane przy dostawie towaru:</p>	
m)	<p>a) Certyfikat jakości zawierający m.in. nr serii, datę ważności, wyniki badania surowic kontrolnych dołączonych do zestawu. b) Instrukcję wykonania w języku polskim. c) Wyniki walidacji pierwotnej przeprowadzone przez producenta. d) Karta charakterystyki dla każdej serii testu w jęz. polskim.</p>	

*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok” nie będą akceptowane, należy podać rzeczywisty oferowany parametr.

_____ dnia __ __ 2016 rok

(pieczęć i podpis Wykonawcy)



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, wiw.mazowsze.pl