



Siedlce, dnia 28 czerwca 2016 r.

## **INSPEKCJA WETERYNARYJNA**

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI

LEKARZ WETERYNARII

***Beata Anna Tomanek***

### **WYKONAWCY**

**- wszyscy -**

Nasz znak: WIW-AD-I.272.44.2016

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

### **Wyjaśnienie treści oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedź na zadane pytanie Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD.272.44.2016 na dostawę wskaźników do sterylizacji dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

**Pytanie 1:** Poz. 1. Jaki wskaźnik Zamawiający ma na myśli, typu IV czy V?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga dostawę rurek Browene'a do kontroli procesu sterylizacji gorącym powietrzem typu V.

Stosowna zmiana zostanie naniesiona w treści SIWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach zawiadamia, iż dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zmiana polega na zmianie treści zgodnie z treścią załącznika nr 1 i 2 do niniejszego zawiadomienia.



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: [wiw@wiw.mazowsze.pl](mailto:wiw@wiw.mazowsze.pl), [wiw.mazowsze.pl](http://wiw.mazowsze.pl)

**Załącznik nr 1** do wyjaśnienia treści oraz zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

## ROZDZIAŁ XVII SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wskaźników do sterylizacji dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie w niżej podanych ilościach i parametrach technicznych.**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis - parametry techniczne	Ilość zamawiana	Wielkość op.	J. m.	Wymagany termin gwarancji	Inne wymagania – dokumenty do dostawy
1.	Rurki Browne'a do kontroli procesu sterylizacji gorącym powietrzem	Z białą plamką, do sterylizacji w temp.: 160°C-120 min., 170°C-60 min., 180°C-35 min. Typ V	12 op.	100 szt.	op.	Min 12 mies. od dnia dostawy	Dokumenty do dostawy:  1) certyfikat jakości dla każdej serii, 2) instrukcja w jęz. polskim.



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: [wiw@wiw.mazowsze.pl](mailto:wiw@wiw.mazowsze.pl), [wiw.mazowsze.pl](http://wiw.mazowsze.pl)

**Załącznik nr 2** do wyjaśnienia treści  
oraz zmiany treści specyfikacji  
istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 6 do SIWZ

Nr sprawy: WIW-AD.272.44.2016

## **SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę wskaźników do sterylizacji dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie**, oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia charakteryzuje się poniższymi parametrami:

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>Opis – Parametry techniczne</b>	<b>Oferowane przez Wykonawcę parametry techniczne*</b>	<b>Producent, nr katalogowy, termin gwarancji</b>
1.	Rurki Browne'a do kontroli procesu sterylizacji gorącym powietrzem	Z białą plamką, do sterylizacji w temp.: 160°C-120 min., 170°C-60 min., 180°C-35 min. Typ V		

\*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok” nie będą akceptowane, należy podać rzeczywisty oferowany parametr.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ 2016 rok

\_\_\_\_\_  
(pieczęć i podpis Wykonawcy)



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: [wiw@wiw.mazowsze.pl](mailto:wiw@wiw.mazowsze.pl), [wiw.mazowsze.pl](http://wiw.mazowsze.pl)