



Siedlce, dnia 21 października 2016

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI

LEKARZ WETERYNARII

Beata Anna Tomanek

Wykonawcy

- wszyscy -

Nasz znak: WIW-AD.272.89.2016

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami). Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD.272.89.2016 na **dostawę łaźni ultradźwiękowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.**

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza pokrywę do łaźni wykonaną z odpornego mechanicznie, chemicznie i termicznie tworzywa sztucznego ?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza pokrywy do łaźni wykonanej z odpornego mechanicznie, chemicznie i termicznie tworzywa sztucznego.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza wymiary zewnętrzne łaźni (szer. x głęb. x wys.) 240 x 137 x 100 mm i wymiary wewnętrzne zbiornika łaźni (szer. x głęb. x wys.) 300 x 179 x 214 mm ?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie dopuszcza wymiarów zewnętrznych łaźni oraz wymiarów wewnętrznych zbiornika łaźni innych niż w SIWZ.



Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza moc ultradźwiękową 320 W, moc impulsu HF 80 W i moc grzewczą 200 W przy spełnieniu pozostałych wymagań SIWZ ?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie zaakceptuje mocy ultradźwiękowej, mocy impulsu HF oraz mocy grzewczej innej niż w SIWZ.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający rzeczywiście wymaga kosza do łaźni o większej wysokości (120 mm +/- 5%), niż wysokość samej łaźni (100 mm) ?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający wymaga kosza do łaźni o większej wysokości (120 mm +/- 5%), niż wysokość samej łaźni (100 mm).

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuszcza wymiary kosza do łaźni (dł. x wys. x szer.) 198 x 50 x 106 mm?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający nie dopuszcza wymiarów kosza do łaźni (dł. x wys. x szer.) 198 x 50 x 106 mm.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARI
lek. wet. Beata Anna Tomanek

