



Siedlce, dnia 25 października 2016

## **INSPEKCJA WETERYNARYJNA**

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI

LEKARZ WETERYNARII

**Beata Anna Tomanek**

### **WYKONAWCY**

**- wszyscy -**

Nasz znak: WIW-AD.272.94.2016

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

### **Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami). Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD.272.94.2016 na **dostawę oscylacyjnej piły do autopsji dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.**

**Pytanie nr 1:** Czy Zamawiający wymaga aby można było zdemontować głowicę piły i oddać do sterylizacji?

**Odpowiedź nr 1:** Zamawiający zgodnie z treścią rozdziału XVII SIWZ nie wymaga, aby w zaoferowanej pile można było zdemontować głowicę i oddać do sterylizacji. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie piły z w/w rozwiązaniem.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI  
LEKARZ WETERYNARII

lek. wet. Beata Anna Tomanek



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: [wiw@wiw.mazowsze.pl](mailto:wiw@wiw.mazowsze.pl), [wiw.mazowsze.pl](http://wiw.mazowsze.pl)