



Siedlce, dnia 9 czerwca 2017 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI

LEKARZ WETERYNARII

Beata Anna Tomanek

WYKONAWCY

- wszyscy -

Nasz znak: WIW-AD.272.51.2017

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD.272.51.2017 na dostawę płytek Petriego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Pytanie 1:

Prosimy o podanie o jakich substancjach przeciwbakteryjnych ma traktować dokument, którego Zamawiający oczekuje dla każdej serii. Pierwotnym przeznaczeniem płytek Petriego wykonanych z polistyrenu jest hodowla bakterii, a poddanie ich sterylizacji radiacyjnej i wystawienie na ten proces dokumentu zapewniają, że produkt jest przeznaczony do zastosowań mikrobiologicznych. Wątpliwe są zatem obawy Zamawiającego co do możliwości wpływu jakichś substancji zawartych w tak wytworzonej płytce Petriego na proces hodowli bakterii. Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o podanie o jakich substancjach przeciwbakteryjnych ma traktować dokument, którego Zamawiający oczekuje.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu zaświadczającego, że zaoferowana partia płytek nie zawiera substancji przeciwbakteryjnych, czyli związków, które działają hamująco na drobnoustroje. Jest to wymaganie normy PN-EN ISO 7218:2008/A1:2013-10 punkt 6.3: „Sprzęt jednorazowego użytku



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, wiw.mazowsze.pl

i materiały mogą być stosowane w miejsce sprzętu i materiałów wielokrotnego użytku (szkło, płytki Petriego, pipety, butelki, probówki, ezy, głaszczyki, itd.), gdy wymagania są podobne.

Wskazane jest sprawdzenie, czy taki sprzęt jest odpowiedni w badaniach mikrobiologicznych (szczególnie dotyczy to jałowości) oraz czy materiały te nie zawierają substancji hamujących wzrost drobnoustrojów (patrz ISO 9998).” Zamawiający nie może odstąpić od tego wymagania.

Pytanie 2:


Czy Zamawiający jest skłonny zgodzić się na wystawienie jednego dokumentu o wspomnianych wyżej substancjach przeciwbakteryjnych, bez wystawienia go na konkretną serię produkcyjną?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3:

Jeśli Zamawiający zdecydowałby się na modyfikację opisu przedmiotu zamówienia, to prosimy o uwzględnienie zmian także we wzorze umowy- załącznik nr 4 w §2 pkt. 2.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
lek. wet. Beata Anna Tomanek

