



Siedlce, dnia 30 stycznia 2020 r.

## **INSPEKCJA WETERYNARYJNA**

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI  
LEKARZ WETERYNARII  
**Paweł Jakubczak**

### **WYKONAWCY**

**- wszyscy -**

Nasz znak:

WIW-AD.272.1.2020.BK

### **Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytania Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: **WIW-AD.272.1.2020** na **dostawę zestawów do diagnostyki wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF)** dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w **Warszawie**:

**Pytanie nr 1:** W odniesieniu do pakietu nr 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów spełniających parametry techniczne wskazane przez Zamawiającego konfekcjonowanych po 50 izolacji każde?

**Odpowiedź nr 1:** **Zamawiający nie dopuszcza** zaoferowanie zestawów po 50 izolacji.

**Pytanie nr 2:** Czy Zamawiający w pakiecie nr 2, w punkcie 5: „Zestaw umożliwiający wykonanie badania w jednym dołku płytki PCR ” dopuszcza, aby wykonanie badania dla danej próbki przeprowadzane było w dwóch oddzielnych dołkach: jednym w kierunku ASFV, a w drugim w kierunku kontroli endogennej lub egzogennej, czy też zarówno ASFV jak i kontrola dla danej próbki mają być zbadane w jednym, tym samym dołku płytki



(względnie próbce do reakcji PCR) ?

**Odpowiedź nr 2:** Zgodnie z treścią SIWZ Zamawiający wymaga, aby badanie było wykonane w jednym dołku płytki PCR - zarówno ASF jak i kontroli dla danej próbki.

**Pytanie nr 3:** Czy Zamawiający w pakiecie nr 2, w punkcie 8 dopuszcza możliwość, aby oferowany test umożliwiał przeprowadzenie badania w kierunku ASF dla próbek pulowanych (min. 5 próbek], zaś w kierunku kontroli egzogennej lub endogennej tylko dla próbek pojedynczych ?

**Odpowiedź nr 3:** Zgodnie z treścią SIWZ Zamawiający wymaga, aby test umożliwiał przeprowadzenie badania próbek pulowanych (min. 5 próbek).

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI  
LEKARZ WETERYNARI  
lek. wet. Paweł Jakubczak

