

Siedlce, dnia 23 kwietnia 2012 r.

Nr sprawy: WIW.AD.I.272.16.2012

## **Wykonawcy** **wszyscy**

Działając zgodnie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytanie wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW.AD.I.272.16.2012 na dostawę szybkich testów do diagnostyki BSE oraz TSE owiec i kóz do przeprowadzenia 149.420 oznaczeń wraz z akcesoriami i użyczeniem sprzętu umożliwiającym ich wykonanie dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

**Pytanie:** Na podstawie SIWZ, kryteria dotyczące testów do badania TSE spełniają tylko 2 testy: TeSeE firmy Bio-Rad oraz test firmy IDEXX .

Zamawiający wymaga aby tylko test, który zawiera element trawienia proteinazą K był wykonywany za pomocą automatu do testów umożliwiającego robotyzację dystrybucji odczynników, inkubacji i mieszania próbek, czyli test TeSeE firmy Bio-Rad, a nie stawia tego wymogu testowi firmy IDEXX, mimo że oba testy wykonywane są tą samą metodą immunologiczną, oba testy mają zatwierdzoną procedurę mikropłytkową na wszystkich jego etapach (z wyjątkiem pobierania i homogenizacji próbek). Test IDEXX, ze względu na swój format mikropłytkowy, też może być wykonywany przy zastosowaniu automatu do robotyzacji dystrybucji i mieszania próbek, a Zamawiający nie wymaga od tego oferenta dodatkowej kosztownej niepotrzebnej aparatury i kosztownych części zużywalnych do niego, a jednocześnie chciałby aby całkowita procedura testu zamknęła się w czasie 4-4,5 godzin! Przy założeniu pracy 4 osób w laboratorium czynności w procedurze mikropłytkowej bez zastosowanie automatu są dzielone na 4 osoby i przyspieszają procedurę, zaś w przypadku automatu są wykonywane jedna za drugą, co spowalnia procedurę. Procedura mikropłytkowa firmy Bio-Rad jest już od 3 lat dopuszczona do rynku



Sporządził: Piotr Pośrednik – Kierownik zespołu ds. administracyjnych  
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach  
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce  
tel. 25/ 63 264 59 w 32, fax 25/ 640 70 87

bez konieczności zastosowania automatu, co znajduje swoje odzwierciedlenie w aktualnej opinii PIWET i dopuszczeniu przez VLA - laboratorium referencyjne UE. Mając powyższe na uwadze - czy Zamawiający dopuści w przypadku testu zawierającego element trawienia z proteinazą K zastosowania manualnej procedury mikropłytkowej (*tak* jak w przypadku testu IDEX ) na wszystkich etapach tego testu bez konieczności użycia automatu do robotyzacji dystrybucji odczynników i mieszania prób? Uzasadnienie. Automat nie przyspiesza procedury, nie usprawnia jej, podraża ją i ma znaczenie historyczne, kiedy walidacja testu z proteinazą K i dopuszczenie do rynku testu TeSeE było możliwe tylko w oparciu o ten automat. Obecnie manualna procedura testu firmy Bio-Rad jest skrócona i absolutnie nie wymaga automatu, tak jak nie wymaga jej test firmy IDEXX. Procedura całkowitego wykonania testu w manualnym formacie mikropłytkowym bez automatu jest dopuszczona do stosowania przez Ref laboratorium VLA i PIWET. Biorąc pod uwagę wymagania w SIWZ dotyczące dostarczenia automatu tylko w przypadku testu z etapem proteinazy K są sprzeczne z zasadami konkurencji i równego traktowania oferentów Takie postanowienie SIWZ uniemożliwia firmie Bio-Rad złożenie ważnej oferty, ponieważ zastosowanie automatu, czego domaga się Zamawiający powoduje wydłużenie procedury testu ponad wymagany w SIWZ czas 4-4,5 godz. obejmujący procedurę testu bez pobrania i homogenizacji. Firma Eskulap z testem firmy IDEXX może spełnić ten wymóg stosując wyłącznie manualną procedurę mikropłytkową bez konieczności zastosowania automatu. Bez korekty tego zapisu SIWZ Zamawiający umożliwi złożenie ważnej oferty tylko firmie Eskulap-dystrybutorowi testu IDEXX czyniąc przetarg nieograniczony tylko z nazwy, a praktycznie stanowi zakup z wolnej ręki.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę aby oferowany przez Wykonawcę test, który zawiera element trawienia proteinazą K był wykonywany bez pomocy automatu do testów umożliwiającego robotyzację dystrybucji odczynników, inkubacji i mieszania prób. Stosowna zmiana zostanie naniesiona do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



Sporządził: Piotr Pośrednik – Kierownik zespołu ds. administracyjnych  
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach  
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce  
tel. 25/ 63 264 59 w 32, fax 25/ 640 70 87