

Nr sprawy: WIW.AD.I.272.30.2012

Wykonawcy

- wszyscy -

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 z późn. zm.), Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW.AD.I.272.30.2012 na dostawę plazmy króliczej; zawiesiny przetrwalników *Bacillus subtilis* BGA; zestawu do diagnostyki drobnoustrojów w zmodyfikowanej atmosferze dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie:

Pytanie 1 - (Pakiet nr 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika we fiolkach po 5 ml, o następującym składzie:

Chlorek Sodiu (CAS 7647-14-5) 4,5g,
Plazma królicza/EDTA 500,0ml,
Woda demineralizowana (CAS 7732-18-5) ... 500,0ml.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2 (Pakiet nr 3, poz. 1)

Czy Zamawiający ma na myśli saszetki do wytwarzania atmosfery w słoju 2,5?. Jeśli Zamawiający ma na myśli saszetki do woreczków, to czy wyrazi zgodę na zaoferowanie ich w op. a' 20 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie 3 pkt. 1 (Rozdział XVII SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) wymaga dostawę:



Przedmiot zamówienia: Zestaw CO2 Gen przeznaczony do hodowli drobnoustrojów w wzbogaconej w CO2 atmosferze.

Opis - parametry techniczne: Papierowe saszetki zawierające kwas askorbinowy, który reaguje na powietrzu powodując powstanie CO2 na poziomie zbliżonym do 6%.

Koncentracja O2 w hodowli 15%.

Zestaw nie wymagający katalizatora, dodania wody, bezpieczny ze względu na brak wydzielania się wodoru podczas reakcji.

Każda saszetka na kloz o pojemności 2,5l, odrębnie zapakowana w szczelną folię.

Stosowna zmiana zostanie naniesiona do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



Numer certyfikatu 9131

ISO 9001

Sporządziła: Alicja Bałazy St. specjalista ds. administracyjnych
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce
tel. 25/ 6324129 w 20 fax 25/ 6407087