

Siedlce, dn. 23 maja 2012 r.

nr sprawy: WIW.AD.I.272.36.2012

WYKONAWCY
wszyscy

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **nr sprawy WIW.AD.I.272.36.2012** na dostawę insertów i vialek; probówek filtracyjnych do wirówek; probówek; bibuły i chusteczek; pipet Pasteura i innych jednorazowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie:

Pakiet 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga w pozycji 3 nakrętek zgodnych z parametrami nakrętek oznaczonych numerem 09 15 0838 (z septą PTFE czerwony/silikon biały) czy nakrętek z septą PTFE czerwony/guma silikonowa? Prosimy o uściślenie wymaganych parametrów.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga nakrętek zgodnych z opisem Rozdział XVII SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 1 poz. 3 Opis-parametry techniczne.

Pakiet 3

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 3, poz.2 wymaga produktu sterylne, ponieważ w parametrach technicznych nie ma wymogu sterylności, a w wymaganych dokumentach jest certyfikat sterylności?

Sporządziła: Bogumiła Krasuska – specjalista ds. administracyjnych
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce
tel. 25/ 6324129 w 37, fax 25/ 6407087



Numer certyfikatu 9131
ISO 9001

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z opisem Rozdział XVII SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 3 poz. 2 Inne wymagania - dokumenty do dostawy wymaga dokumentu potwierdzającego sterylność produktu, a więc tym samym produkt musi być sterylny.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 3, poz. 7 wymaga próbek sterylnych bez certyfikatu sterylności czy może być to produkt niesterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z wymaganiami, rozdział XVII SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet 3 poz. 7 Opis - parametry techniczne – wymaga produktu sterylnego.

Pakiet 5**Pytanie 1**

Czy Zamawiający wyłączy z Pakietu 5 pozycje 5 i 6 do oddzielnego pakietu? Są to pozycje odrębne asortymentowo.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 5, poz. 1,2,3,4 wymaga pipet czystych molekularnie: wolnych od DNA, RNA, pirogenów, hemolitów i cytotoxyn?

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z opisem Rozdział XVII SIWZ Pakiet 5 poz. 1, 2, 3, 4 Opis-parametry techniczne nie wymaga pipet czystych molekularnie: wolnych od DNA, RNA, pirogenów, hemolitów i cytotoxyn.



Numer certyfikatu 9131
ISO 9001

Sporządziła: Bogumiła Krasuska – specjalista ds. administracyjnych
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce
tel. 25/ 6324129 w 37, fax 25/ 6407087