

Siedlce, dn. 12 września 2012 r.

nr sprawy: WIW.AD.I.272.78.2012

WYKONAWCY
wszyscy

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytanie Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **nr sprawy WIW.AD.I.272.78.2012** na dostawę końcówek do pipet dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie:

Pytanie 1:

Autoryzowany przedstawiciel firmy eppendorf poinformował nas, iż końcówki na 5 ml nr kat. 0030000978 oraz 10 ml nr kat. 0030000765 nie posiadają znaku CE i dołączenie do oferty oświadczenia producenta o wymaganej nieprecyzji i niedokładności wyznaczone zgodnie z norma PNEN ISO 8655-2 lub ISO 8655-2 jest niemożliwe. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wykreślenie z SIWZ z poz. 10, 11 oraz 16 zapisu „, powinny posiadać udokumentowana możliwość uzyskania parametrów pipetowania podanych przez producenta pipet Eppendorf (nieprecyzja i niedokładność wyznaczone zgodnie z norma PN EN ISO 8655-2)”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Sporządziła: Bogumiła Krasuska – specjalista ds. administracyjnych
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce
tel. 25/ 6324129 w 37, fax 25/ 6407087



Numer certyfikatu 9131
ISO 9001