

Siedlce, dn. 28 listopada 2012 r.

nr sprawy: WIW.AD.I.272.117.2012

## **WYKONAWCY wszyscy**

### **Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedź na zadane pytanie Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **nr sprawy WIW.AD.I.272.117.2012** na dostawę i montaż spektrofotometru i myjki ultradźwiękowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie:

#### **Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr o zakresie długości fal: 325 – 1000 nm?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr o dokładności długości fali:  $\pm 2$  nm?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 3:**

Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr o szerokości spektralnej: 4 nm przy montażu fabrycznym?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 4:**

Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr o świetle rozproszonym  $\leq 0,2\%T$ ?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

---

Sporządziła: Bogumiła Krasuska – specjalista ds. administracyjnych  
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach  
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce  
tel. 25/ 6324129 w 37, fax 25/ 6407087



Numer certyfikatu 9131  
ISO 9001

**Pytanie 5:**

Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr o świetle rozproszonym  $\leq 0,3\%T$ ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 6:**

Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr z wyświetlaczem LED?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 7:**

Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr z wyświetlaczem LCD, 128 x 64?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 8:**

Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr o wymiarach: 420 x 280 x 180 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.



Numer certyfikatu 9131  
ISO 9001

Sporządziła: Bogumiła Krasuska – specjalista ds. administracyjnych  
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach  
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce  
tel. 25/ 6324129 w 37, fax 25/ 6407087