

Siedlce, dn. 29 listopada 2012 r.

nr sprawy: WIW.AD.I.272.116.2012

WYKONAWCY wszyscy

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **nr sprawy WIW.AD.I.272.116.2012** na dostawę płytek Petriego sterylnych PS 14,5 -17 x 90 mm; płytek Petriego sterylnych PS 14,5–17 x 140 mm; pipet Pasteura i innych jednorazowych; krążków bibułowych antybiotykowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie:

Pytanie 1 dotyczy Pakietu 1:

Czy można w formularzu cenowym wycenić opakowania handlowe, które zawiera 600 szt, przeliczając odpowiednio ilość sztuk na ilość opakowań?

Czy ilość opakowań która wychodzi z przeliczenia sztuk tzn.78,33 opakowania należy zaokrąglić w górę zgodnie z zasadami matematycznymi czy w dół?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wielkości dostawy zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

Pytanie 2 dotyczy Pakietu 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szalek Petriego sterylnych, ale sterylizowanych w inny sposób niż promieniami gamma np. sterylizowanych gazowo?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3 dotyczy Pakietu 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szalek Petriego aseptycznych?

Sporządziła: Bogumiła Krasuska – specjalista ds. administracyjnych
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce
tel. 25/ 6324129 w 37, fax 25/ 6407087



Numer certyfikatu 9131
ISO 9001

Bardzo często pod pojęciem produktów sterylnych oferowane są przez wykonawców produkty nie sterylne o podwyższonym stopniu czystości to znaczy wyprodukowane w warunkach specjalnej czystości. Oznaczane są one jako STERILE A lub Aseptyczne. Dotyczy to na przykład takich produktów jak: szalki, pojemniki na próbki itp. Wyroby te są wystarczające do prowadzenia badań IVD (in vitro), o ile nie mają kontaktów z powłokami ciała człowieka. Nie są to jednak produkty, które przeszły zvalidowany proces sterylizacji z gwarancją uzyskania $SAL \geq 6$. Produkty Aseptyczne (STERILE A) są istotnie tańsze od produktów sterylnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4 dotyczy Pakietu 1 i Pakietu 2:

W związku z tym, iż umowa dotyczy krótkiego czasu, a zamówienia zamawiający będzie składał sukcesywnie, czyli według aktualnych potrzeb czy nie zasadne byłoby skrócenie terminu gwarancji dostarczonego towaru do np. 12 m-cy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 1 dotyczy Pakietu 2:

Czy Zamawiający dopuści płytki o średnicy 140 mm o wysokości 20,6 mm zamiast od 14,5-17 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2 dotyczy Pakietu 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szalek Petriego sterylnych, ale sterylizowanych w inny sposób niż promieniami gamma np. sterylizowanych gazowo?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3 dotyczy Pakietu 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodna zaoferowanie szalek Petriego o śr.120 mm i wysokości 15 mm, bez wentylacji, sterylnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Sporządziła: Bogumiła Krasuska – specjalista ds. administracyjnych
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce
tel. 25/ 6324129 w 37, fax 25/ 6407087



Pytanie 4 dotyczy Pakietu 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodną ofertę na zaopiniowanie szalek Petriego o śr.150 mm i wysokości 18 mm, z wentylacją, sterylnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5 dotyczy Pakietu 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaopiniowanie szalek Petriego aseptycznych?

Bardzo często pod pojęciem produktów sterylnych oferowane są przez wykonawców produkty nie sterylne o podwyższonym stopniu czystości to znaczy wyprodukowane w warunkach specjalnej czystości. Oznaczane są one jako STERILE A lub Aseptyczne. Dotyczy to na przykład takich produktów jak: szalki, pojemniki na próbki itp. Wyroby te są wystarczające do prowadzenia badań IVD (in vitro), o ile nie mają kontaktów z powłokami ciała człowieka. Nie są to jednak produkty, które przeszły zwalidowany proces sterylizacji z gwarancją uzyskania SAL \geq 6. Produkty Aseptyczne (STERILE A) są istotnie tańsze od produktów sterylnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 1 dotyczy Pakietu 3:

Czy Zamawiający dopuści pipety o długości 155 mm lub 150 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2 dotyczy Pakietu 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodną ofertę na zaopiniowanie pipetki Pasteura dł. 155 mm, o poj. użytkowej 3 ml z podziałką do 3,0 ml co 0,5 ml, wykonane z PE, pakowane indywidualnie w folię, sterylizowanych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3 dotyczy Pakietu 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodną ofertę na zaopiniowanie pipetki Pasteura dł. 155 mm, o poj. użytkowej 3ml z podziałką do 3,0 ml co 0,5 ml, wykonane z PE, pakowane po 5 szt. w folię, sterylizowanych?

Sporządziła: Bogumiła Krasuska – specjalista ds. administracyjnych
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce
tel. 25/ 6324129 w 37, fax 25/ 6407087



Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:

Dotyczy § 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość dokonania zmiany stawek podatku VAT, w przypadku zmian przepisów podatkowych i celnych w trakcie trwania umowy? Czy nie zasadnym jest dodanie do umowy paragrafu z zapisem „Ceny jednostkowe netto ustalone w załączniku Nr 1 do umowy, obowiązywać będą przez cały okres trwania umowy, ceny brutto mogą ulec zmianie na skutek zmian przepisów podatkowych” Pozwoli to, bowiem nie tylko na zmianę stawek podatkowych w łączącej strony umowie bez dokonania tych zmian z niekorzyścią dla wykonawcy, ale w ogóle na zmianę stawek VAT, jeśli nastąpi zmiana przepisów podatkowych czy celnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody (krótki termin wykonania umowy- 14 dni od dnia podpisania umowy).

Pytanie:

Dotyczy § 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na uwzględnienie reklamacji wad z: „14 dni” do „14 dni roboczych” od dnia pisemnego zgłoszenia reklamacji?

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w terminie określonym przez Zamawiającego jest trudne do wykonania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Sporządziła: Bogumiła Krasuska – specjalista ds. administracyjnych
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce
tel. 25/ 6324129 w 37, fax 25/ 6407087



Numer certyfikatu 9131
ISO 9001

Pytanie:

Dotyczy terminu wykonania umowy pakietów 1-3:

Czy umowa dotyczy jednorazowej dostawy poszczególnych pakietów w terminie 14 dni od podpisania umowy?

Czy Zamawiający w terminie 14 dni od podpisania umowy będzie składał zamówienia na przedmiot umowy systematycznie, według bieżących potrzeb?

Odpowiedź:

Zamawiający wg SIWZ wymaga jednorazowej dostawy w poszczególnych pakietach, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.



Numer certyfikatu 9131
ISO 9001

Sporządziła: Bogumiła Krasuska – specjalista ds. administracyjnych
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce
tel. 25/ 6324129 w 37, fax 25/ 6407087