

Siedlce, dn. 29 kwietnia 2013 r.

nr sprawy: WIW.AD.I.272.28.2013

WYKONAWCY wszyscy

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytanie Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW.AD.I.272.28.2013 na dostawę podłoż, odczynników i wzorców antybiotykowych do przeprowadzenia badania pozostałości substancji hamujących i przeciwbakteryjnych w tkankach zwierzęcych metodą 5-cio płytkową dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie:

Pytanie: Zwracam się z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących przedmiotu postępowania, poz 11. Bufor TRIS pH 8 nr kat 118853707. Firma Chempur nie posiada w ofercie produktu o takim nr katalogowym. Proszę o sprawdzenie, czy nie nastąpił błąd i nie chodzi o: 118534707 tris (hydroksymetylo) aminometan czda. Jednakże przykładowy produkt ma inne pH – zgodnie z atestem w związku. Proszę o sprawdzenie i wyjaśnienie nieścisłości.

Odpowiedź: Zgodnie z wiedzą Zamawiającego firma Chempur produkowała wymieniony bufor TRIS (tris (hydroksymetylo) aminometan) pod numerem katalogowym 118853707, jednak nowa partia produktu wyprodukowana przez w/w producenta otrzymała inny numer katalogowy – 118534707, stąd nieścisłość w podanym numerze katalogowym. Nieścisłość w wartości pH wynika z wprowadzenia do SIWZ wartości oczekiwanej po uwodnieniu w określonym stężeniu, a nie wartości pH produktu sypkiego.

Sporządziła: Bogumiła Krasuska – specjalista ds. administracyjnych
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce
tel. 25/ 6324129 w 37, fax 25/ 6407087



Numer certyfikatu 9131
ISO 9001